

Numer zapytania	Z160/15/1
Tytuł zapytania	Zakup urządzenia do walidacji skuteczności mycia i dezynfekcji ferm trzody chlewnej oraz transportu trzody
Kupiec prowadzący:	Gabriel, Mateusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Gabriel, Mateusz
Data złożenia:	2026-03-30 22:24:52
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-03-30 23:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-04-06 22:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-04-06 22:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

1. Informacje ogólne

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na **dostawę urządzenia do walidacji skuteczności procesów mycia i dezynfekcji**, stosowanych na:

- fermach trzody chlewnej (budynki, sekcje, wyposażenie, narzędzia),
- środkach transportu trzody chlewnej (naczepy, rampy, kabiny, wyposażenie).

Urządzenie będzie wykorzystywane przez **dział jakości** do:

- walidacji procedur mycia i dezynfekcji,
- bieżącej weryfikacji skuteczności mycia,
- dokumentowania wyników na potrzeby audytów i kontroli.

2. Przedmiot zapytania

Przedmiotem zapytania jest:

- **przenośny luminometr ATP** do oceny czystości powierzchni po procesie mycia i dezynfekcji,
- kompatybilny zestaw **jednorazowych testów (wymazówek)**,
- komplet umożliwiający **samodzielne wdrożenie i użytkowanie**.

3. Wymagania techniczne - wymagania minimalne

Urządzenie (luminometr ATP):

- technologia: pomiar ATP (bioluminescencja),
- czas uzyskania wyniku: maks. 15 sekund,
- wynik ilościowy (np. RLU),
- przenośne, przystosowane do pracy w warunkach fermowych i transportowych,
- łatwa obsługa przez personel techniczny / jakościowy,
- wewnętrzna pamięć wyników,
- możliwość eksportu danych (np. do pliku, raportu),
- brak obowiązkowego serwisu kalibracyjnego w trakcie normalnej eksploatacji,
- akceptacja stosowania w systemach HACCP / bioasekuracji.

Testy (wymazówki):

- jednorazowe testy do badania powierzchni suchych i wilgotnych,
- przeznaczone do badania:
 - powierzchni po myciu i dezynfekcji,
 - elementów trudno dostępnych,
- dostępność testów w stałej sprzedaży,
- termin ważności umożliwiający racjonalne magazynowanie.

4. Zakres oferty

Prosimy o przedstawienie oferty obejmującej:

1. Nazwę i model oferowanego luminometru,
2. Specyfikację techniczną urządzenia,
3. Rodzaj i typ kompatybilnych wymazówek,
4. Cenę:
 - urządzenia,
 - wymazówek (cena za 100 szt.),
5. Warunki dostawy,
6. Warunki gwarancji,
7. Dostępność wsparcia technicznego / instrukcji użytkownika,
8. Opcjonalnie: szkolenie lub materiały wdrożeniowe.

5. Kryteria wyboru oferty

Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę:

- zgodność z wymaganiami technicznymi,
- jakość i wiarygodność rozwiązania,
- koszty eksploatacji (koszt testów),
- łatwość użytkowania w warunkach ferm i transportu,
- dostępność materiałów eksploatacyjnych,
- doświadczenie dostawcy.

6. Informacje dodatkowe

Urządzenie będzie użytkowane:

- w warunkach podwyższonej wilgotności,
- w obiektach inwentarskich,
- w środkach transportu zwierząt.

Oczekujemy rozwiązania **sprawdzonego w praktyce**, przeznaczonego do regularnej pracy operacyjnej, a nie wyłącznie laboratoryjnej.

Jesteśmy otwarci również na inne propozycje urządzeń do walidacji skuteczności mycia i dezynfekcji inne niż luminometr ATP. Finalnie interesuje nas system skuteczny z jak najniższym kosztem jednostkowym za jedno badanie

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Luminometr		1	szt.	NARZĘDZIA POMIAROWE
2.	Jednorazowe testy/wymazówki do luminometru -opakowanie 100 szt		5	szt.	NARZĘDZIA POMIAROWE
3.	Koszt wykonania jednego badania		1	szt.	NARZĘDZIA POMIAROWE

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Jakość usług	0.5	Nie	Zwyżkowy	Nie
2.	Cena	0.4	Tak	Zniżkowy	Tak
3.	Gwarancja	0.05	Tak	Zwyżkowy	Nie
4.	Termin płatności	0.05	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: Uniechówek 10B, 77-310 Debrzno
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Gwarancja 24 miesiące

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie